



**EG-Konformitätserklärung**  
**EC-Certificate of Compliance**



Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der  
 Herewith we confirm that our

**Schwebekörper-Durchflußmesser**  
*Variable Area Flowmeter*

**Modell AM5423...; AM5427...**  
*Model AM5423...; AM5427...*

mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen gem. der Richtlinie 94/9/EG des Rates der Europäischen Gemeinschaft. Die Sicherheits- und Installationshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.  
*are in compliance with the Essential Health and Safety Requirements with refer to the council directives 94/9/EC of the European Community. The safety and installation requirements of the product documentation must be observed.*

Die Schwebekörper-Durchflußmesser dienen zur Messung des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten.  
*The Variable Area Flowmeters are utilized to meter the flowrate of gases and liquids.*

EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 00 ATEX 1636 X  
*EC-Type Examination Certificate:*


Benannte Stelle: TÜV Hannover/Sachsen-Anhalt e.V.. Kennnummer 0032  
*Notified Body:*

Geräte-Kennzeichnung: II 2G EEx d IIC T6  
*Apparatus code:* II 2G EEx ib IIC T6  
 II 3G EEx n [L] IIC T6

Sicherheitstechnische Daten: siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 00 ATEX 1636X  
*Safety values:* refer to EC-Type Examination Certificate TÜV 00 ATEX 1636X

Angewandte Normen: EN 50 014: 1997 EN 50 018: 1995  
*Standards:* EN 50 020: 1994 EN 50 021: 1999

Göttingen, 05. Dezember 2000

  
 Unterschrift / Signature

BZ-13-8013, Rev.01, 262

**ABB Automation Products GmbH**

Postanschrift: D-37070 Göttingen	Telefon: +49(0)551 905-0 Telefax: +49(0)551 905-777 <a href="http://www.abb.de/automation">http://www.abb.de/automation</a> USt-IdNr.: DE 115 300 097	Sitz der Gesellschaft: Eschborn Registergericht: Amtsgericht Frankfurt/Main Handelsregister: HRB 49651	Vorsitz des Aufsichtsrates: Bengt Pihl Geschäftsführung: Uwe Alwardt (Vorsitz) Burkhard Block Erik Huggare	Commerzbank AG Frankfurt Konto: 589 635 200 BLZ: 500 400 00
-------------------------------------	--	---	---	---